

تجهیزات آمبولانس مورد نیاز شهرک پتروشیمی مکران

مطابق با الزامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خودروهای امدادی (آمبولانس‌ها) مورد استفاده در صنایع پتروشیمی که به منظور انتقال و درمان بیماران و مجروهین به کار می‌رond بایستی از نظر ویژگی‌ها، روش آزمون، طراحی، عملکرد و تجهیز و همچنین الزامات مربوط به کابین بیمار و وسایل پزشکی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره NFPA ۱۹۱۷ یا استاندارد ۴۳۷۴ باشد. آمبولانس مورد نیاز شهرک پتروشیمی مکران مطابق با استاندارد شامل آمبولانس اورژانس از نوع B بوده که از آن به منظور انتقال و یا درمان اولیه و پایش بیماران، طراحی و تجهیز شده است.

ویژگی‌ها:

وزن خالص خودرو (وزن بدون بار) به اضافه وزن راننده که ۷۵ کیلو در نظر گرفته می‌شود و کلیه تجهیزات ثابت می‌بایست مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ سال ۱۳۸۲ باشد. لازم به ذکر است وزن خالص خودرو شامل وزن تجهیزات دستی، بهداشتی، پزشکی و فنی نمی‌باشد.

به ازا هر دستگاه آمبولانس می‌بایست یک نفر تکنسین فوریت‌های پزشکی، یک نفر بیهوشی یا پرستار به همراه راننده آمبولانس (آشنا با مباحث فوریت‌های پزشکی) وجود داشته باشد.

در جداول ذیل ویژگی‌های فنی آمبولانس اورژانس سطح B مورد نیاز شهرک پتروشیمی مکران مشخص شده است.

تجهیزات جابجایی بیمار آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

شماره	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	استاندارد‌ها	تعداد
۱	برانکار اصلی/ حمل کننده آن	استاندارد ملی به شماره ۴۳۷۰	۱
۲	برانکار اسکوب	"	۱
۳	تشک خلاء	"	۱
۴	وسیله حمل کننده بیمار در وضعیت نشسته ^۱	"	۱
۵	پتو یا تشک جهت جابجایی بیمار	"	۱
۶	تخت کامل بلند ستون فقرات با نگهدارنده سر و تسممه‌های نگهدارنده	"	۱

۱) در مواردی که برانکار اصلی عملکردی مانند این وسیله داشته باشد ضرورتی ندارد.

انواع وسایل ثابت نگهدارنده اندام - ثابت نگهدارنده ستون فقرات مورد نیاز آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۱	استاندارد ملی به شماره ۴۳۷۰	وسیله کشش	۱
۱	" "	ست کامل ثابت سازی شکستگی	۲
۱	" "	ست آتل گردنی	۳
۱	" "	ثابت نگهدارنده قسمت فوقانی ستون فقرات قابل باز شدن وسایل یا تخته های کوتاه ستون فقرات	۴

تجهیزات تهویه/تنفس آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۱	EN 737-1	مخزن اکسیژن ثابت حداقل ۲۰۰۰ لیتر، جریان سنج/گیج جریان با حداقل آهنگ خروجی ۱۵ لیتر بر دقیقه در ظرفیت حداکثر شیر رگلاتور با قابلیت جایگزینی	۱
۱	" "	اکسیژن قابل حمل حداقل ۴۰۰ لیتر، جریان سنج/گیج جریان با حداقل آهنگ خروجی ۱۵ لیتر بر دقیقه در ظرفیت حداکثر شیر رگلاتور اتصال سریع با قابلیت جایگزینی	۲
۱	" "	آمبوبگ با ماسک و لوله های هوایی برای تمام سنین	۳
۱	" "	ماسک تهویه دهانی به همراه ورودی اکسیژن	۴
۱	استاندارد ملی ۴۵۹۲	ساکشن برقی ثابت یا قابل حمل قابل شارژ با حداقل فشار منفی ۶۵ کیلو پاسکال با حداقل ظرفیت یک لیتر	۵
۱	" "	ساکشن دستی یا پدالی قابل حمل	۶

انواع تجهیزات تشخیصی آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۱	EN 737-1	دستگاه سنجش فشار خونی دستی در دو سایز بازو بند اطفال و بزرگسالان	۱
۱	" "	پالس اکسیمتر	۲
۱	" "	گوشی پزشکی	۳
۱	" "	دستگاه اندازه گیری قند خون	۴

۱	استاندارد ملی ۴۵۹۲	دماسنجه طبی با حداقل دامنه ۲۸ الی ۴۲ درجه سلسیوس	۵
۱	" "	چراغ قوه قلمی جهت معاينه	۶

انواع داروهای لازم جهت آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۱	EN 737-1	داروی ضد درد یا محصول مشابه	۱

انواع تجهیزات یا مواد تزریقی آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۲	EN 737-1	آویز سرم متصل به بدن یا سقف آمبولانس با ارتفاع مناسب جهت تزریق	۱
۱	" "	پمپ تزریق	۲

تجهیزات لازم برای مدیریت درمانی - حیاتی آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۱	IEC 6060-2-4	الکتروشوک با ثبت کننده ریتم و داده های بیمار	۱
۱	" "	پایشگر قلبی پرتابل	۲
۱	" "	ست ایا شامل لارنگوسکوپ و ۴ سایز لوله تراشه، ماسک تهویه دهانی - حلقی یا راهگاه حلقی-نائی، اسپیراتور، سوند ساکشن	۳
۱	" "	تجهیزات ایجاد بخار سرد	۴
۱	استاندارد ملی ۴۵۹۲	کیت تخلیه ریه	۵
۱	" "	وسایل حجم سنجی تزریقی (میکروسکوپ و ...)	۶
در صورت امکان دو یا چند عملکرد میتواند در یک دستگاه ترکیب شوند.			

تجهیزات مراقبت پرستاری و بانداژ آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۱	استاندارد ملی ۱۶۴۴	تجهیزات خواب (زیر سری، محلفه و ...)	۱
۱	" "	پتوها	۲
۱	" "	ست کامل پانسمان جراحت ها	۳
۱	" "	ظرف نگهداری عضو قطع شده که دمای داخل آن را به مدت زمان حداقل دو ساعت در دمای 2 ± 4 درجه سانتی گراد نگهدارید کنید.	۴
۱		لگن ادرار	۵
۱	" "	کیسه استفراغ	۶
۱	" "	لگن مدفوع	۷
۱	" "	ظروف جمع آوری ادرار غیر شیشه ای	۸
۱	" "	ظروف جمع آوری مواد برنده	۹
۱	" "	لوله معده با ملحقات	۱۰
۱	" "	دستکش جراحی استریل	۱۱
۱	" "	دستکش معاينه یکبار مصرف لاتکس	۱۲
۱	" "	کیسه زباله حداقل ۸۰ لیتر	۱۳
۱	" "	کیسه زباله مخصوص پزشکی	۱۴
۱	" "	ملحفه یکبار مصرف برانکار	۱۵
در صورت امکان دو یا چند عملکرد میتواند در یک دستگاه ترکیب شوند.۱			

تجهیزات حفاظت شخصی نیروهای آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۱	EN 471	پوشش حفاظت اصلی (جلیقه شبرگ به ازای هر نفر)	۱
۱	" "	دستکش های ایمنی	۲
۱	استاندارد ملی ۴۵۹۲	کلاه ایمنی	۳
۱	" "	تجهیزات حفاظت شخصی در برابر عفونت (ماسک، کلاه، گان)	۴
اعداد به ازای یک پرسنل می باشد.			

مواد حفاظت و نجات شخصی آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۱	EN 3-7	مجموعه ابزار نجات سبک (طناب، تبر، دیلم و ...)	۱
۱	" "	ابزار کمریند ایمنی	۲
۱	" "	مثلث اخطار (شبرنگ یا چراغ)	۳
۱	" "	چراغ قوه بزرگ	۴
	" "	کپسول اطفا حریق	۵
اعداد به ازای یک پرسنل می باشد.			

وسایل ارتباطی آمبولانس مورد درخواست شهرک پتروشیمی مکران

تعداد	استاندارد ها	تجهیزات لازم جابجایی بیمار	شماره
۱	EN 3-7	فرستنده و گیرنده رادیویی (امکان نصب بیسیم خودرو)	۱
۱	" "	بی سیم دستی	۲
۱	" "	شبکه مخابرات یا تلفن همراه	۳
۱	" "	ارتباز داخلی بین راننده و کابین بیمار	۴
	" "	سیستم اعلام خطر قابل حمل انفرادی (پیجر یکطرفه اعلام خطر)	۵

- تبصره یک) شرکت کننده در مناقصه می باشد نفرات مورد درخواست را جهت استقرار به مدت ۶

ماه در شهرک پتروشیمی مکران پیش بینی نماید و بر اساس این که کل ایام نفرات مستقر باشند

چیدمان لازم را اعلام دارند.

- تبصره دو) استقرار کارکنان در محل اقامت کارکنان شهرک پتروشیمی مکران قابل انجام می باشد.

محل ارائه خدمات

استان سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد چابهار، پیکره ۸ صنعتی، شهرک پتروشیمی مکران

زمان مورد نیاز برای ارائه خدمات: ۶ ماه از مدت عقد قرارداد